文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	瓶顶过滤器，500ml，PES，0.22um，直径 90mm，无菌			**产品货号**	GA04-0003
包装规格	1 个/包，24 个/箱			**生产批号**	261028001
生产日期	2026.10.28	**有效期至**	2029.10.27	**检验日期**	2026.10.30
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.14

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	膜起泡点	40.0-75.0psi	符合规定
2	流速	25℃下纯水测试的流速约 30-50ml/min/cm2@-10psi	符合规定
		25℃下 3.0%TSB 溶液测试的流速约 20-40ml/min/cm2@-10psi	符合规定
3	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
4	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
5	生物安全性	本产品材料应符合 USP<87> VI 级塑料生物反应试验标准	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872			
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.11.14	日期： 2026.11.14
http://www.genever-bio.com			

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章