文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	样品管，1.5ml，可立，带平盖，无色，无菌			**产品货号**	GY01-0015S
包装规格	100 支/袋，10 袋/箱			**生产批号**	261026002
生产日期	2026.10.26	**有效期至**	2029.10.25	**检验日期**	2026.10.28
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.12

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象 无变形	符合规定
4	配合性	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭 垫圈与管盖、管体配合良好	符合规定
5	密封性	负压 60Kpa，保压 10min，无渗漏	符合规定
6	离心测试	耐受离心力 14000xg，离心 20min 后，不得变形与破裂	符合规定
7	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤	符合规定
8	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤	符合规定
9	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
10	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
11	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.11.12	日期：	2026.11.12