文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	深孔板，96 孔，圆孔圆底，2.0ml，无盖，无菌			**产品货号**	GE-2.2-RD-96-S
包装规格	5 个/袋，10 袋/箱			**生产批号**	261101002
生产日期	2026.11.01	**有效期至**	2029.10.31	**检验日期**	2026.11.03
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.18

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形	符合规定
		产品表面无气泡、黑点、脏污等	
		产品上毛边小于 0.1mm	
		产品无缺口、破孔、明显色差等	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏	符合规定
5	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤	符合规定
6	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤	符合规定
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
8	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.11.18	日期：	2026.11.18

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章