文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | 深孔板，96 孔，圆孔圆底，1.2ml，低吸附，无盖 | | | **产品货号** | GE-1.2-RD-96L |
| **包装规格** | 5 个/袋，10 袋/箱 | | | **生产批号** | 261101003 |
| **生产日期** | 2026.11.01 | **有效期至** | 2031.10.31 | **检验日期** | 2026.11.02 |
| **检验依据** | 检验标准指导书 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2026.11.03 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形 | 符合规定 |
| | | 产品表面无气泡、黑点、脏污等 | |
| | | 产品上毛边小于 0.1mm | |
| | | 产品无缺口、破孔、明显色差等 | |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | 符合规定 |
| 3 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象 | 符合规定 |
| | | 无变形 | |
| 4 | 负压测试 | 负压 90KPa，保压 5s，无渗漏 | 符合规定 |
| 5 | 耐高温性 | 放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤 | 符合规定 |
| 6 | 耐低温性 | 放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤 | 符合规定 |
| 7 | 热原(内毒素) | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml） | 符合规定 |
| 8 | 核酸酶 | 无 DNA 酶和 RNA 酶 | 符合规定 |
| | | | |
| | | | |
| **检验结论** | | 合 格 | |


江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com


| | | | |
|---|---|---|---|
| 检验人： | 王 军 | 确认人： | 汤 磊 |
| 日期： | 2026.11.03 | 日期： | 2026.11.03 |

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章