文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	三角细胞摇瓶，2000ml，透气盖，PC，无菌			**产品货号**	GF01-2000
包装规格	1 个/袋，6 袋/箱			**生产批号**	260428008
生产日期	2026.05.09	**有效期至**	2029.05.08	**检验日期**	2026.05.11
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.05.26

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	应无缺料/破损、开裂、油污、水印、脏污/杂质、飞边、黑点、划伤等不良缺陷	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象 无变形	符合规定
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好	符合规定
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
6	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872				
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.05.26	日期：	2026.05.26
http://www.genever-bio.com				