文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | 针式过滤器，PTFE，13mm，0.45um，无菌 | | | **产品货号** | GA02-1312 |
| **包装规格** | 100 个/盒 | | | **生产批号** | 250107LM |
| **生产日期** | 2025.01.07 | **有效期至** | 2030.01.06 | **检验日期** | 2025.01.09 |
| **检验依据** | 检验标准指导书 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2025.01.24 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 无闪光、变形、可见的斑点 | 符合规定 |
| 2 | 过滤面积 | 0.8cm$^2$ | 符合规定 |
| 3 | Holdup 体积 | 15ul | 符合规定 |
| 4 | 润湿性 | 亲水性的 | 符合规定 |
| 5 | 进口/出口 | 母鲁尔锁口/公鲁尔滑口 | 符合规定 |
| 6 | 最高工作温度 | 100℃ | 符合规定 |
| 7 | 起泡点 | 2.75-3.25bar | 符合规定 |
| 8 | 燃烧压力 | 15bar | 符合规定 |
| 9 | 清洁度 | 无斑点，无杂质 | 符合规定 |
| 10 | 完整性测试 | 压力下无泄漏 | 符合规定 |
| 11 | 无菌 | 灭菌后经检测应为阴性 | 符合规定 |
| | | | |
| | | | |
| **检验结论** | | 合 格 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | 检验人： | 王 军 | 确认人： | 汤 磊 |
| 咨询热线：（+86）400-996-8872 | | | | |
| 固定电话：（+86）0523-86266686 | 日期： | 2025.01.24 | 日期： | 2025.01.24 |
| http://www.genever-bio.com | | | | |